单一来源论证意见表

时间：2026.11.9　　地点：行政楼3楼开标室

参与人员信息	陈海明（影像科主任、影像科副主任医师）、吴欢荣（医保办主任、影像副主任医师）、丁海明（影像科技师）
	隆川、方剑、丁建峰、丁思奇、刘玮
项目信息	项目名称：GE 128排CT电源模块更换服务采购
	供应商名称：通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司
论证意见	本次申请采购的项目为GE 128排CT电源模块更换服务，拟定供应商为通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司，经论证意见如下： 1.备件的唯一性：本次拟更换的电源模块属于GE 128排CT的核心供电部件，与整机为一体化专有设计，具有原厂专属技术参数、加密通讯协议及物理接口规范，第三方产品在电气特性、信号时序与机械适配性上均无法实现与原系统兼容运行。 2.技术与安全性：GE公司对该型号CT的全部零配件实行独家生产与供应，电源模块并不存在可供公开采购的通用型号或等效替代品。非原厂配件无法获得核心控制参数，强行接入可能导致供电异常、图像伪影乃至探测器或高压系统的二次损坏。 因此，能够提供与现有GE 128排CT完全匹配、且满足技术安全要求的电源模块的供应商具有唯一性，符合单一来源采购的适用情形。
签名	隆川 吴欢荣 丁建峰 陈海明 丁海明

组织人员：[illegible]，方剑英

监督人员：刘玮　丁思奇